

<https://doi.org/10.30895/1991-2919-2024-14-3-317-329-table4>

Таблица 4. Результаты валидационных испытаний на соответствие методики критерию «правильность» с использованием «слепой пробы»

Table 4. Results of analytical procedure validation for accuracy using blinded samples

Аналитик <i>Analyst</i>	Результаты испытаний <i>Test results</i>			
	$RP_{теор}^{\circ}, \%$ <i>RP_{theor}^o, %</i>	$RP_{найд}^{\circ}, \%$ <i>RP_{found}^o, %</i>	$Rc, \%$	Соблюдение интервала 80–120% для величины Rc <i>Rc values fall within the 80–120% range</i>
1	80	88	110	Да/ <i>Yes</i>
2	120	120	100	Да/ <i>Yes</i>

Таблица составлена авторами / The table is prepared by the authors

Примечание. $RP_{теор}$ и $RP_{найд}$ — теоретическое и найденное среднее значение относительной специфической активности соответственно, Rc — среднее значение коэффициента выявления.

Note. $RP_{теор}$, theoretical relative potency; RP_{found} , found relative potency; Rc , mean recovery coefficient.